



中国特种设备检测研究院

检测设备性能测试证书

证书编号：16U0007-UC01

委托单位	广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司
制造单位	广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司
设备名称	数字超声波探伤仪
型号规格	CTS-1010
产品编号	0J65001
出厂日期	2016年5月
测试日期	2017年4月26日
电气性能	B级
使用性能	满足NB/T47013.3-2015要求



No. CNAS L0694



2015003329Z

有效期至：2021年4月25日



地址：北京市朝阳区和平街西苑2号楼

邮编：100029

电话/传真：010-59068323/59068314

邮箱：wsjc@csei.org.cn