



中国特种设备检测研究院

检测设备性能测试证书

证书编号：14UF018-UC01

委托单位	汕头市超声仪器研究所有限公司
制造单位	汕头市超声仪器研究所有限公司
设备名称	数字超声探伤仪
型号规格	CTS-9006PLUS
产品编号	572310142023
出厂日期	2014年11月
测试日期	2014年11月21日
电气性能	B级
使用性能	满足JB/T4730.3-2005要求



No. CNAS L0694



2012003329Z

有效期至：2018年11月20日



地址：北京市朝阳区和平街西苑2号楼

邮编：100013

电话/传真：010-59068323/59068314

邮箱：wsjc@csei.org.cn